

编号: YNH/AJ-15-55-2011

直接胆红素（钒酸盐法）检测试剂盒出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20142400551

检验日期: 2024-03-08

试剂盒批号: 2240307

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

试剂盒规格:

型号	规格	型号	规格
30	R1: 20ml×4 R2: 5ml×4 校准品: 2ml×1	50	R1: 60ml×4 R2: 15ml×4 校准品: 2ml×1
40	R1: 32ml×4 R2: 8ml×4 校准品: 2ml×1	40A	R1: 40ml×4 R2: 10ml×4 校准品: 2ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值 (μmol/L)	范围 (μmol/L)
校准品	Sinnowa 自制	2240307	2025-03-06	20umol/l	/
质控品水平 1	Randox hum asy control 2	1606UN	2026-05	17.4umol/l	13.8-21.0umol/l
质控品水平 2	Randox hum asy control 3	1309UE	2026-10	29umol/l	22.9-35.1umol/l

检验项目	要求	结果		判定	
外观检查	R1 为无色透明液体, 无悬浮物及沉淀物。 R2 为淡黄色透明液体, 无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√	
净含量测定	不低于标示值。	40 型	R1	32.5ml	√
			R2	9.2ml	√
		30 型	R1	/	
			R2	/	
		50 型	R1	/	
			R2	/	
		40A	R1	/	
			R2	/	
空白吸光度测定	在 450nm 处, 光径 1cm 时, 空白吸光度 $A \leq 0.500$ 。	0.0090		√	
空白吸光度变化率测定	在 450nm 处, 光径 1cm 时, $\Delta A/\text{min} \leq 0.002$ 。	0.0001		√	
分析灵敏度测定	在 450nm 处, 光径 1cm 时, $\Delta A_{\mu\text{mol/L}} \geq 1.5 \times 10^{-3}$ 。	3.10×10^{-3}		√	
准确度测定	测定质控品, 相对偏差不大于 10%。	1.03%		√	
精密度测定	批内精密度 CV $\leq 3\%$ 。	0.69%		√	
	批间精密度 R $\leq 10\%$ 。	/			
线性范围测定	在线性范围内, 线性误差 (用相关系数表示) 应不小于 0.9900。	0.9996		√	
	[0-100]μmol/L 范围内, 线性绝对偏差不超过 10μmol/L; (100-320]μmol/L 范围内, 线性相对偏差不超过 10%。	浓度 1	0.84%	√	
		浓度 2	3.29%	√	
		浓度 3	0.59μmol/L	√	
		浓度 4	2.09μmol/L	√	
		浓度 5	1.27μmol/L	√	
结论	检验是否合格。	合格			

检验人: 林

复核人: 马

质量管理部负责人/批准人: 张

