

编号: YNH/AJ-15-33-2016

### 生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: SBD 清洗液

试剂批号: 22404091

检验日期: 2024.04.12

试剂规格: 5L×2

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	5.05L	√
pH 值测定	SBD 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应≥12; NCH 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。	检测温度: 25.0℃	√
		13.42	
清洗率	清洗率大于 90%。	98.3%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人: 梁洋

复核人: 李宇

批准人: 薛明