

编号: YNH/AJ-15-42-2014

血细胞分析用稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏宁械备 20140023

检验日期: 2024.04.11

试剂批号: 22404091

产品型号: HB-3D

试剂规格: 20L

配套清洗剂批号: 22401221

配套溶血剂批号: 22310091

设备信息:

仪器名称	血细胞分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	HB-7021	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	H1HK001C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	检验要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、 颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示值。	20.09	20.09	20.08	20.09	√
pH 值	25±1℃时, 7.10±0.20	7.18	7.18	7.18	7.18	√
电导率	25±1℃时, 17.30±0.50mS/cm	17.46	17.42	17.45	17.44	√
渗透压	310±10mOsm/kg	313	314	313	313	√
空白值	WBC≤0.3×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
	RBC≤0.05×10 ¹² /L	0	0	0	0	√
	PLT≤10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
	HGB≤2g/L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格					



检验人: 王翔

复核人: 王翔

批准人: 董加明