

血小板分析仪专用质控品（中值）靶值表

批号：2240819 规格：2ml

生产日期：2024-08-19 有效期至：2025-02-18

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
PLT	$\times 10^9/L$	209	167-251
MPV	fL	9.47	6.63-12.32
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.95	1.56-2.34
MCV	fL	82	58-107