

肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求：苏械注准 20172402398
检验日期：2025-05-19 试剂盒批号：2250515
生化仪机型：DS-401 生化仪编号：DS1KS001
紫外可见分光光度计型号：L5 紫外可见分光光度计编号：077015020215050006
试剂盒规格：

型号	规格
160ml（40 型）	R1：32ml×4 R2：8ml×4

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Randox CK-MB Calibrator	4758CK	2027-01	197U/L	
质控品	Randox CK-MB control	4797CK	2027-09	136U/L	116-156 U/L
企业参考品	Sinnowa	240906	2025-09	200U/L	186-213U/L

检验项目	要求	结果		判定
外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√
净含量测定	不低于标示值	40 型	R1 33.0ml	√
			R2 8.3ml	√
空白吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 $A \leq 0.600$ 。	0.2635		√
空白吸光度变化率测定	在 340nm 处，光径 1cm 时， $\Delta A/min \leq 0.005$ 。	0.0015		√
分析灵敏度	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1U/L 的 CK-MB 时，吸光度变化 $\Delta A_{U/L/min} \geq 1 \times 10^{-5}$ 。	1.74×10^{-4}		√
准确度测定	测定企业参考品，相对偏差应不大于 10%。	1.96%		√
精密度测定	批内精密度 $CV \leq 5\%$ 。	1.61%		√
	批间精密度 $R \leq 10\%$ 。	/		/
线性测定	在试剂测量范围内，线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9999		√
	[10-50]U/L 范围内，线性绝对偏差不超过 5U/L； (50-1000)U/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 1	4.11%	√
		浓度 2	1.93%	√
		浓度 3	9.10%	√
		浓度 4	0.10U/L	√
结论	检验是否合格。	浓度 5	4.97U/L	√
		合格		

检验人： 梁全五 复核人： 周琦 批准人： 周琦

