

编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：血小板分析仪专用清洗液
检验日期：2025.06.04

试剂批号：22505291
试剂规格：1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	5.02L	5.03L	5.02L	5.03L	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50。	检测温度：25.3℃				√
		7.15	7.14	7.14	7.14	
空白值	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	
结论	检验是否合格。	合格				



检验人：周涛

复核人：张红

批准人：周涛